

Paski do badania glukozy 50 szt. FORA 6



Opis produktu:

Paski testowe do sprawdzania poziomu glukozy we krwi FORA 6 służą do ilościowej oceny stężenia glukozy w świeżej krwi pełnej przy użyciu kompatybilnych analizatorów serii FORA 6.

- **Objętość próbki** – badanie wymaga naniesienia 0,5 μ L krwi, co ogranicza dyskomfort pacjenta.
- **Czas analizy** – wynik uzyskiwany jest w 5 sekund, co usprawnia procedury diagnostyczne.
- **Zakres hematokrytu** – dopuszczalny przedział wynosi od 0% do 70%.
- **Rodzaj badanej krwi** – paski umożliwiają ocenę próbek krwi kapilarnej oraz żyłnej.
- **Zastosowanie** – wyrób może być stosowany u pacjentów dorosłych, a także w opiece neonatologicznej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Paski testowe do sprawdzania poziomu glukozy we krwi FORA 6

Paski testowe do sprawdzania poziomu glukozy we krwi FORA 6 to wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony do ilościowego oznaczania stężenia glukozy w świeżej krwi pełnej. Umożliwiają prowadzenie samokontroli glikemii przez pacjentów w warunkach domowych oraz wykonywanie badań przez personel medyczny w placówkach opieki zdrowotnej.

Wyrób stosuje się z kompatybilnymi analizatorami wieloparametrowymi FORA 6 do monitorowania wpływu leczenia, diety oraz aktywności fizycznej na poziom cukru we krwi. Paski nie są przeznaczone do diagnozowania ani do przesiewowego badania cukrzycy.

Najważniejsze cechy

Objętość próbki krwi

Wykonanie pomiaru wymaga naniesienia próbki świeżej krwi pełnej o objętości 0,5 μ L na pole testowe paska.

Czas pomiaru

Czas uzyskania wyniku wynosi 5 sekund od momentu naniesienia próbki krwi po umieszczeniu paska w kompatybilnym analizatorze.

Próbki z różnych miejsc nakłucia

W ramach samokontroli dopuszczalne jest badanie świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub miejsc alternatywnych, takich jak dłoń, przedramię oraz ramię. Personel medyczny może również wykonywać oznaczenia z próbek krwi żyłnej oraz przeprowadzać badania u noworodków.

Zakres hematokrytu

Paski pozwalają na przeprowadzenie badania próbek krwi o poziomie hematokrytu w przedziale od 0% do 70%.

Zamykana fiolka

Paski są dostarczane w zamykanej fiolce, która zabezpiecza odczynniki przed wpływem czynników zewnętrznych przy zachowaniu szczelnego zamknięcia po każdorazowym wyjęciu paska.

Zastosowanie

- Samokontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą.
- Samokontrola u osób z insulinoopornością, zaburzeniami metabolicznymi lub monitorujących stężenie glukozy profilaktycznie.
- Oznaczenia stężenia glukozy z krwi kapilarnej lub żyłnej w placówkach opieki zdrowotnej, w tym u noworodków.

Zawartość zestawu

Paski testowe do oznaczania poziomu glukozy – 50 szt.

Ulotka informacyjna / instrukcja użytkowania – 1 szt.

Wposażenie dodatkowe

- Płyny kontrolne FORA do glukozy: roztwory przeznaczone do okresowej weryfikacji poprawności działania analizatora oraz pasków testowych FORA 6.

Kompatybilność

Paski testowe współpracują wyłącznie z analizatorami wieloparametrowymi serii FORA 6:

- FORA 6 Duo

- FORA 6 Plus
- FORA 6 Connect

Paski nie są kompatybilne z analizatorami ani glukometrami innych producentów oraz z urządzeniami nieobsługującymi pasków glukozowych serii FORA 6.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Badany materiał	Świeża krew pełna (kapilarna lub żylna)
Wymagana objętość próbki	0,5 µL
Czas pomiaru	5 s
Zakres pomiarowy	10–600 mg/dL (0,55–33,3 mmol/L)
Zakres hematokrytu	0%–70%
Liczba pasków w opakowaniu	50 szt.
Maksymalna dopuszczalna wysokość	3 275 m n.p.m. (10 742 stóp)
Temperatura przechowywania	Od 2°C do 30°C (od 35,6°F do 86°F)
Klasyfikacja wyrobu	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (IVD)
Typ wyrobu	Do samokontroli
Sposób użycia	Do jednorazowego użytku
Znak zgodności	CE 0123
Zgodność z normami	ISO 15197:2013, EN ISO 15197:2015
Kod identyfikacyjny	UDI

Informacje:

Model: