

Głowica zabiegowa do aparatów do ultradźwięków EiE

Opis produktu:

Głowica zabiegowa do aparatów do ultradźwięków EiE.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne głowice zabiegowe do aparatów do ultradźwięków EiE:

	Głowica ultradźwiękowa SU-1	Głowica ultradźwiękowa SU-5
Powierzchnia terapeutyczna:	1,33 cm ²	5 cm ²
Maksymalna moc średnia:	3,3 W	12,5 W
Szczytowa moc impulsu:	4 W	15 W
Częstotliwość ultradźwięków:	1 MHz lub 3,3 MHz	1 MHz lub 3,3 MHz

Informacje:

Model:

EiE Otwock Głowice, sondy, aplikatory: SU-1, SU-5

