

C-14 - Urządzenie do podgrzewania masy fango

Opis produktu:

Urządzenie do podgrzewania masy fango - **Cieplarka typ C-14** przeznaczone jest do podgrzewania i przechowywania w określonej temperaturze gotowej do użytku **masy fango**, stosowanej do wykonywania **zabiegów ciepłoleczniczych** oraz **gotowych okładów z masami utrzymującymi ciepło.** Urządzenie przygotowane jest do współpracy z mieszalnikiem masy fango typ **F-40**, produkcji firmy Meden-Inmed. Grzanie masy fango w cieplarce C-14 realizowane jest za pomocą grzałki oraz wentylatora termoobiegu, który równomiernie rozprowadza ogrzane powietrze wewnątrz komory cieplarki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

C-14 - urządzenie do podgrzewania i utrzymania przygotowanej masy fango w żądanym zakresie temperatury.

Urządzenie do podgrzewania masy fango C-14 przeznaczone jest do podgrzewania i przechowywania w określonej temperaturze gotowej do użytku **masy fango**, stosowanej do wykonywania zabiegów ciepłoleczniczych oraz gotowych okładów z masami utrzymującymi ciepło, umieszczonymi w różnego typu woreczkach – przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych („wilgotnych”). Urządzenie jest przygotowane do współpracy z mieszalnikiem masy fango typ F-40, produkcji firmy **Meden-Inmed**.

Zabiegi ciepłolecznicze z wykorzystaniem masy zabiegowej

W zabiegach cieplnych miejscowych najczęściej stosowane są **okłady z borowiny**, **parafiny** lub

masy fango. O szerokim zastosowaniu tych substancji do zabiegów terapeutycznych zadecydowały ich wyjątkowo korzystne właściwości fizyczne, takie jak:

- duża pojemność cieplna;
- słabe przewodzenie cieplne;
- zmniejszanie objętości w miarę obniżania temperatury (związany z tym zjawiskiem ucisk na skórę i naczynia krwionośne w skórze zmniejsza odczyny termiczne);
- obecność związków organicznych (borowina) i składników mineralnych (fango) podnosi skuteczność terapeutyczną zabiegu.

Szczegółowy sposób prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem **mas do zabiegów cieplnych** miejscowych określają wewnętrzne instrukcje w jednostce prowadzącej takie zabiegi.

Cechy charakterystyczne urządzenia do podgrzewania i utrzymania przygotowanej masy fango C-14:

- 14 tac do przechowywania mas w ustalonej temperaturze,
- urządzenie ze stali zabezpieczonej przed rdzewieniem,
- może służyć jako podstawa do wszystkich wersji F-40,
- regulowana temperatura grzania 25-80°C,
- grzanie masy fango realizowane jest za pomocą grzałki oraz wentylatora termoobiegu, który równomiernie rozprowadza ogrzane powietrze wewnątrz komory cieplarki.

Wskazania do zabiegów ciepłoleczniczych z wykorzystaniem masy zabiegowej:

- blizny, zrosty, przykurcze;
- przewlekłe stany zapalne tkanek miękkich;
- zmiany zwyrodnieniowe stawów i tkanek okołostawowych;
- powikłania po urazach narządów ruchu.

Przeciwwskazania do zabiegów ciepłoleczniczych z wykorzystaniem masy zabiegowej:

- obrzęki i ostre stany zapalne;
- przerwania ciągłości skóry i stany ropne skóry;
- zaburzenia trofiki okolicy objętej zabiegiem;
- zaburzenia czucia powierzchniowego.

Dane techniczne:

Zakres temperatur [°C]:	25-80
Pojemność robocza:	14 tac - 40 x 60 cm
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	80 x 70 x 76
Maksymalny pobór mocy [kW]:	2,3
Masa [kg]::	100

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji **(patrz: zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Kategoria: Termoterapia
Stan magazynowy: 50%

Model: